



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 525-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: Rhewa; Znak fabryczny: 82eplus; Znak zatwierdzenia typu: T8570;

Numer fabryczny: 171368; Rok produkcji: 2022;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 12 października 2027 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

BALTIC HUB Sp. z o.o., ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60 000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg; Klasa dokładności

III

WNIOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. ,Gdańsk 80-283 ,ul. Zacna 31 - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802)

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej z obudową miernika wagi.

Cechy zabezpieczające, w liczbie 5 szt., umieszczono na - połączeniu części obudowy miernika wagi, połączeniu części obudowy puszki przyłączeniowej przetworników wagi, liczbie kalibracyjnej oznaczonej na tabliczce wagi; 3.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM06.6W4.45.1271.2025

Data wystawienia: 12 września 2025 r.

z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

STARSZY LEGALIZATOR

Szymon Derus



Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.