



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU**

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 c

tel./fax (58) 52-45-414

e-mail: gdansk@oum.gda.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD

POMIAROWY Waga nieautomatyczna

Nazwa lub znak producenta: DINI ARGEO; Znak fabryczny: DFWL-1; Znak zatwierdzenia typu: UK 2931;

Nr fabryczny: 0100907711; Rok produkcji: 2020;

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 28 marca 2026 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

Baltic Hub, DCT Gdańsk, Sp. z o.o., ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk.

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne Max 60000 kg / 100000 kg; Obciążenie minimalne Min 400 kg / 1000 kg;

Działka legalizacyjna e = 20 kg / 50 kg;

Klasa dokładności III

WNOSKODAWCA

Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o., Sp. K., 80 - 283 Gdańsk, ul. Zacna 31 – wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§ 12, § 13 ust. 1, 3 i 4, § 15 oraz ust. 45, 47, 49 i 50 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

§ 10 i § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji umieszczono na połączeniu tabliczki znamionowej i obudowy miernika wagi.

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 umieszczono na:

- zworce adiustacyjnej wewnątrz miernika wagi,
- kostce przyłączeniowej przetworników wewnątrz miernika wagi,
- skrzynce przyłączeniowej przetworników pod pomostem wagi.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM6.6W4.45.346.2024

Data wystawienia: 28 lutego 2024 r.



z up. DYREKTORA
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w GDAŃSKU

Starszy Inspektor

Mirosław Walkusz

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.